

<b>Manufacturer FDA Declaration</b>	<b>Déclaration Constructeur FDA</b>
(EN)	(FR)

**Manufacturer /Constructeur :** **Bürkert SAS**  
**2, rue du Giessen**  
**BP 21**  
**67220 Triembach-au-Val, France**

We hereby declare, that the following products in consideration of the instruction manual can be used under the mentioned conditions and fulfil the listed requirements.

Par la présente nous déclarons que les produits suivants peuvent être utilisés en respectant la notice d'instruction et les conditions mentionnées ci-dessous.

Type : (specification key/clef de produit)	S030 PDF version S030 Version PVDF 8030 with fitting S030 PVDF version 8030 avec corps S030 version PVDF 8032 with fitting S030 PVDF version 8032 avec corps S030 version PVDF 8035 with fitting S030 PVDF version 8035 avec corps S030 version PVDF 8036 with fitting S030 PVDF version 8036 avec corps S030 version PVDF
Version :	S030-xxxx-PDAA-... S030-xxxx-PDFF-... 8030-xxxx-PDAA-... 8030-xxxx-PDFF-... 8032-xxxx-PDAA-... 8032-xxxx-PDFF-... 8035-xxxx-PDAA-... 8035-xxxx-PDFF-... 8036-xxxx-PDAA-... 8036-xxxx-PDFF-...
Description :	Fitting / Flowmeter Corps / Débitmètres

The material of the components are in compliance with the standards of the different agencies listed below:

Les matériaux des composants sont en conformité avec les normes des différents organismes énumérés ci-dessous :

Composant en contact avec le fluide Component in contact with the fluid	Matière Material	Code of Federal Regulations
<b>Fitting</b> Corps	PVDF	21 CFR 177.2510
<b>Paddle wheel</b> Ailette	PVDF	21 CFR 177.2510
<b>Bearing and axis</b> Paliers et axe	Ceramic Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (99.7%) Céramique Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (99.7%)	
<b>Seals</b> Joints	Or /	EPDM 21 CFR 177.2600 21 CFR 177.1520
	ou	FKM 21 CFR 177.2600 a) – f)

The instructions for safety and installation of the enclosed product documentation have to be observed.	Les consignes de sécurité et d'installation décrites ci-dessous doivent être respectées.
---	--

<b>Manufacturer FDA Declaration</b>	<b>Déclaration Constructeur FDA</b>
(EN)	(FR)

**Important remark:** the PVDF union end which is only provided with the true union connection fitting version is in PVDF material without FDA approval.

**Remarque importante :** la pièce folle d'union PVDF fourni uniquement avec le raccord-capteur union est en matériau PVDF sans approbation FDA

**Conditions of use:**

- Based on our Quality Management System according to ISO 9001 we declare that our products are manufactured to the best of our knowledge and belief and according to the current state of the art.
- Observe the instruction manual and the data sheet.
- Do not operate the product outside the described limits.
- Substances in contact with the medium fulfil the requirements for the use in the contact with food.

It is the responsibility of the client to determine whether the intended application complies with relevant requirements.

**Conditions d'utilisation :**

- Sur la base de notre système de management de la qualité selon la norme ISO 9001, nous confirmons que nos produits sont fabriqués au meilleur de notre connaissance et selon l'état actuel de la technique.
- Respecter le manuel d'utilisation et la fiche technique.
- Ne pas utiliser le produit en dehors des limites indiquées.
- Les substances en contact avec le milieu doivent remplir les conditions requises pour une utilisation en contact avec les aliments.

Il est de la responsabilité du client de déterminer si l'application envisagée est conforme aux exigences pertinentes.

Triembach-au-Val, 15 Novembre 2019

S. Dumollard  
Approval Management  
Document valid without signature

The instructions for safety and installation of the enclosed product documentation have to be observed.	Les consignes de sécurité et d'installation décrites ci-dessous doivent être respectées.
---	--